

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ
ШЖҚ МКК «№4 ҚАЛАЛЫҚ
КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ»




УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ
ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4»

050054 Алматы қ-сы, Папанин көш. 220
тел.: 300-36-01, факс: 300-36-02
e-mail: info@gkb4.kz

050054 г.Алматы, ул. Папанина 220.
тел.: 300-36-01, факс: 300-36-02
e-mail: info@gkb4.kz

исх.№ 01.1-07-143 от 01.12.2018



ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» в ответ на Ваш запрос об уточнении технической спецификации от 30.01.2018 исх.№2 сообщает, что в приложении №2 к тендерной документации по закупкам «Изделий медицинского назначения на 2018 год», на 13-14 страницах указаны все запрашиваемые Вами характеристики, а именно шовный материал должен быть рассасывающимся, синтетическим, плетеным, тип иглы колющий, а также все размеры. Исходя из прописанных характеристик «изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%)», профессиональным участникам рынка известно, что запрашивается полифиламентный шовный материал. Для внесения окончательной ясности, на основании п.58 ППРК №1729 от 30 октября 2009 года, в тендерную документацию будут внесены дополнения, о чем незамедлительно будет сообщено всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

Главный врач

Сейдуманов М.Т.



Исп: Жумаканов А.
Тел: 87273003611