

Протокол об утверждении итогов тендера по закупке медицинских изделий №3 на 2024 год

г.Алматы

09 февраля 2024 г.

Наименование тендера: Тендер по закупке медицинских изделий №3 на 2024 год
Заказчик: КТП на ПХВ -Городская клиническая больница №4- Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Организатор: КТП на ПХВ -Городская клиническая больница №4- Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Сумма выделенная на закуп: 280 944 435,00 (двести восемьдесят миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста тридцать пять) тенге, 00 тьмн
Количество лотов: 121 (сто двадцать один)

Протокол об утверждении итогов тендера состоит из:

- 1) Протокол итогов (изложение оценки, сопоставление цен, наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя)
- 2) Приложение №1 к протоколу итогов (Сведения и документы составляющие тендерные заявки потенциальных поставщиков)
- 3) Приложение №2 к протоколу итогов (Сопоставление технической спецификации потенциальных поставщиков к технической спецификации Заказчика, экспертное мнение члена комиссии)

Состав тендерной комиссии:

1	Бикмурзин Н.О.	Заместитель директора по лечебной части, председатель тендерной комиссии
2	Кожакметов Т.К.	Заместитель директора по хирургии, зам председателя тендерной комиссии
3	Рамжанов Т.Т.	Заместитель директора по ККМУ, член тендерной комиссии
4	Анжигенов Н.О.	Заведующий отделением нейрохирургии, член тендерной комиссии
5	Салыкова Г.К.	Начальник отдела государственных закупок, член тендерной комиссии
6	Смагулова Т.Г.	Специалист отдела государственных закупок, секретарь тендерной комиссии

«01» февраля 2024 года, в 11-00 часов по времени Астаны по адресу г. Алматы, ул. Папанова 220, малый конференц зал, проинвали процедуру вскрытия пакетов тендерных заявок (проводилась аудио- и видеозапись). Тендерная комиссия рассмотрела заявки Потенциальных поставщиков согласно Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 (далее – Правила).

С момента начала приема и до окончательного срока предоставления тендерных заявок зарегистрировано: 8 конкурентов с заявками на участие в тендере

Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Дата и время регистрации тендерной заявки
1	ТОО «Меджор»	г. Алматы, мкр. «Байтақ», квартал Каргалы д. 46	22.01.2024 г. 15:06
2	ТОО «Clever Medical»	Алматинская область, Карасайский район, село Кокуюк, строение 433	23.01.2024 г. 10:57
3	ТОО «Меруар и К»	г. Павлодар, ул. Чайковского 5	24.01.2024 г. 11:57
4	ТОО «КазМедБиотех»	г. Актөбе, переулок Самат 4	24.01.2024 г. 12:33
5	ТОО «Арес Со»	г. Алматы, мкр. Нұр-Алатау, ул. Е. Рахмадиева д. 35	25.01.2024 г. 09:43
6	ТОО «Dives»	г. Алматы, ул. Гоголя 89А, офис 104	26.01.2024 г. 14:45
7	ТОО «Unix Pharm»	г. Астана, район Есиль, ул. Достық, зд.20, ВП12	26.01.2024 г. 16:25
8	ТОО «Best Equip»	г. Алматы, ул. Желтоқсан 111 А, офис 6	26.01.2024 г. 16:37
9	ТОО «Tarlan International»	г. Астана, район Нұра, ул. Керей Жанибек хандар д. 5, и п. 30	30.01.2024 г. 14:13
10	ТОО «AB-Service Company»	г. Астана, ул. Мағилдик Ел, зд.33 1	30.01.2024 г. 15:04
11	ТОО «А-37»	г. Алматы, мкр. Нұр-Алатау, ул. Қазыбек Тұяусарұлы д. 24	31.01.2024 г. 09:52
12	ТОО «Neola»	Ақмолинская область, Целинградский район, Каротекский сельский окр. село Каржар, ул. Биржан Сал д.1	31.01.2024 г. 12:36

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками отсутствовали представители потенциальных поставщиков.

Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по соответствию предложенных в заявке на участие в тендере по закупке медицинской техники на 2024 год для Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения -Городская клиническая больница №4- УОЗ города Алматы - не привлекались, член комиссии дал заключение (Приложение №2 к протоколу итогов)

Следующие потенциальные поставщики, допущенные на участие в тендере соответствуют требованиям тендерной документации и квалификационным требованиям, предусмотренным пунктами 8 и 9 Правил и закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий - пункт 11, Параграф 2 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110

№	Наименование потенциального поставщика	Соответствие квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации
1	ТОО «Меджор»	Соответствует по лоту №32-49
2	ТОО «Clever Medical»	Соответствует по лотам №18-20
3	ТОО «Меруар и К»	Соответствует по лотам №18
4	ТОО «КазМедБиотех»	Соответствует по лотам №78-83
5	ТОО «Арес Со»	Соответствует по лотам №71,75,84-85,106-108
6	ТОО «Dives»	Соответствует по лотам №21-31
7	ТОО «Unix Pharm»	Соответствует по лотам №70
8	ТОО «Best Equip»	Соответствует по лотам №54,56,60,63
9	ТОО «Tarlan International»	Соответствует по лотам №64-69
10	ТОО «AB-Service Company»	Соответствует по лотам №6-17
11	ТОО «А-37»	Соответствует по лотам №1-3, 72-74, 86-95, 97-100, 103-105, 111-121.
12	ТОО «Neola»	Соответствует по лоту №61, 62, 95

Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок:

№ лота	Потенциальный поставщик	Торговое наименование	Цена потенциального поставщика	Победитель	Победитель заявки 2-ое место	Основание
1	ТОО «А-37»	Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus	9 800,00	ТОО «А-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил: Если тендер в целом или какой-либо лот признан несоответствующим по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил
2	ТОО «А-37»	Интраласеры Avanti, Brite Tip	11 000,00	ТОО «А-37»	-	
3	ТОО «А-37»	Проводниковый катетер Vista Brite Tip	42 700,00	ТОО «А-37»	-	
4	ТОО «А-37»	Баллонный дилатационный катетер для фроскопной транскатетерной ангиопластики AVIATOR PLUS	115 400,00	ТОО «А-37»	-	
5		Проводниковый катетер	нет	нет	-	не состоялся п.65 Правил
6	ТОО «AB-Service Company»	Система отодвигаемых спиралей Axium	374 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
7	ТОО «AB-Service Company»	Окклюзионная баллонная система HyperGlide HyperForm	639 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
8	ТОО «AB-Service Company»	Жидкая эмболизирующая система Onyx 18, 20, 34, 34L	583 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
9	ТОО «AB-Service Company»	Микрокатетер для доставки спиралей Echelon	339 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
10	ТОО «AB-Service Company»	Микрокатетер для доставки стентов Rebar	334 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
11	ТОО «AB-Service Company»	Микрокатетер для доставки эмболизирующих агентов Apollo	597 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
12	ТОО «AB-Service Company»	Катетер аспирационный React	879 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
13	ТОО «AB-Service Company»	Устройство для реканализации Solitaire X	1 294 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
14	ТОО «AB-Service Company»	Самораскрывающаяся стент система PROTEGE RX	395 400,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
15	ТОО «AB-Service Company»	Система для защиты от дистальной эмболии Spider FX	430 400,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
16	ТОО «AB-Service Company»	Микропетля-ловушка в наборе AMPLATZ GOOSE NECK MICROSNARE	520 400,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
17	ТОО «AB-Service Company»	Петля-ловушка в наборе AMPLATZ GOOSE NECK SNARE	299 900,00	ТОО «AB-Service Company»	-	
18	ТОО «Clever Medical» ТОО «Меруар и К»	Процедурный комплект для нейротравматологии CPT	36 965,00	ТОО «Clever Medical»	ТОО «Меруар и К» 39 100,00	п. 66. Правил: на основе наименьшего ценового предложения
19	ТОО «Clever Medical»	У-коннектор	8 700,00	ТОО «Clever Medical»	-	
20	ТОО «Clever Medical»	Интраласер универсальный	9 800,00	ТОО «Clever Medical»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил: Если тендер в целом или какой-либо лот признан несоответствующим по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил
21	ТОО «Dives»	Система спиралей для эмболизации аневризм Optima	390 000,00	ТОО «Dives»	-	
22	ТОО «Dives»	Система отделения спиралей NCTEL Detachment Controller	110 000,00	ТОО «Dives»	-	
23	ТОО «Dives»	Совместный микрокатетер для доставки спиралей и стентов, совместный Микрокатетеры Gamma	390 000,00	ТОО «Dives»	-	
24	ТОО «Dives»	Окклюзионные баллонные катетеры ECLIPSE длиной баллона	600 000,00	ТОО «Dives»	-	
25	ТОО «Dives»	Жидкая эмболизирующий материал Squid	540 000,00	ТОО «Dives»	-	
26	ТОО «Dives»	Гипероселективный микрокатетер Sonic с отодвигаемым кончиком	550 000,00	ТОО «Dives»	-	

27	TOO «Dives»	Гидрофильный направленный нитиноловый микропроводник Hybrid	240 000,00	TOO «Dives»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил. Если тендер в целом или какой-либо лот признан несоответствующим по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закупка способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.
28	TOO «Dives»	Эндоскопический керамический самораскрывающийся стент LEO-1 (EO-Hub)	1 700 000,00	TOO «Dives»	-	
29	TOO «Dives»	Нейроваскулярный проволочный стент для тромбэктомии CASCT-и CASCTVivo	1 200 000,00	TOO «Dives»	-	
30	TOO «Dives»	Селективный микрокатетер Vasco	270 000,00	TOO «Dives»	-	
31	TOO «Dives»	Стент для сонной артерии Roadriver в комплекте с катетером доставки RX	550 000,00	TOO «Dives»	-	
32	TOO «Медкор»	Система спиралей MicroFlex для эндоваскулярной эмболизации в комплекте с направляющими	383 050,00	TOO «Медкор»	-	
33	TOO «Медкор»	Контролер отсоединения спиралей V-Grip	29 980,00	TOO «Медкор»	-	
34	TOO «Медкор»	Баллонный окклюзионный катетер Scepter	638 350,00	TOO «Медкор»	-	
35	TOO «Медкор»	Катетер баллонный дилатационный ASAH PCCA Douan Kami	84 580,00	TOO «Медкор»	-	
36	TOO «Медкор»	Каротидный стент система Carotid™	654 300,00	TOO «Медкор»	-	
37	TOO «Медкор»	Интракраниальный стент LVIS, LVIS Jr	1 516 100,00	TOO «Медкор»	-	
38	TOO «Медкор»	Интракраниальный стент LVIS EVO	1 516 100,00	TOO «Медкор»	-	
39	TOO «Медкор»	Проводник Tracess	183 550,00	TOO «Медкор»	-	
40	TOO «Медкор»	Проводник Tracess 7 Mini	478 750,00	TOO «Медкор»	-	
41	TOO «Медкор»	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAH STIKAI	131 250,00	TOO «Медкор»	-	
42	TOO «Медкор»	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAH STIKAI	204 750,00	TOO «Медкор»	-	
43	TOO «Медкор»	Комплект проводниковых катетеров Charcot	79 780,00	TOO «Медкор»	-	
44	TOO «Медкор»	Комплект проводниковых катетеров Charcot	135 650,00	TOO «Медкор»	-	
45	TOO «Медкор»	Микрокатетер Headway	311 200,00	TOO «Медкор»	-	
46	TOO «Медкор»	Катетер SOFIA™	790 000,00	TOO «Медкор»	-	
47	TOO «Медкор»	Катетер SOFIA™ Plus	790 000,00	TOO «Медкор»	-	
48	TOO «Медкор»	Нейроваскулярный направленный катетер ASAH FURUKI	97 350,00	TOO «Медкор»	-	
49	TOO «Медкор»	Жидкая эмболическая система PIII	526 650,00	TOO «Медкор»	-	
50		Эмболизатор с взаимосопряженными клетками	нет	нет	-	не состоялся п.65 Правил
51	TOO «Neola» 33 000,00 TOO «Best Equip» 33 195,00	Многослойный редуцируемый винт	33 195,00	TOO «Best Equip»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил: при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления
52	TOO «Neola» 33 000,00 TOO «Best Equip» 33 195,00	Многослойный подкапальный винт	33 195,00	TOO «Best Equip»	-	
53	TOO «Neola» 88 000,00 TOO «Best Equip» 88 745,00	Многослойный редуцируемый цементуемый винт	88 745,00	TOO «Best Equip»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
54	TOO «Best Equip»	Заполнитель для костного цемента тип I	80 995,00	TOO «Best Equip»	-	
55	TOO «Neola» 90 000,00 TOO «Best Equip» 90 395,00	Многослойный винт 5,0, длина 45 мм	90 395,00	TOO «Best Equip»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
56	TOO «Best Equip»	Трансформальный кейдж для грудного и поясничного отдела	148 795,00	TOO «Best Equip»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
57	TOO «Neola» 155 000,00 TOO «Best Equip» 177 495,00	Покрывающий кейдж для межпозвоночного сращения	177 495,00	TOO «Best Equip»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
58		Кейдж для переднего шейного межпозвоночного сращения	нет	нет	-	не состоялся п.65 Правил
59		Сторонний винт	нет	нет	-	не состоялся п.65 Правил
60	TOO «Best Equip»	Стержень титановый	24 895,00	TOO «Best Equip»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
61	TOO «Neola» 53 000,00 TOO «Best Equip» 53 495,00	Стержень титановый для стабилизации позвоночника. Стержень крепится к позвоночнику крючками или трансверсальными анкерами. Материал титановый сплав. Размер Ф 5,5 x 400 мм	53 000,00	TOO «Neola»	-	п. 14 главы 2 Правил: Если в закупке по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем
62	TOO «Neola» 60 000,00 TOO «Best Equip» 60 495,00	Стержень титановый для стабилизации позвоночника. Совместим с полноразмерными редуцируемым цементуемым стержнями. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V. Размер Ф 5,5 x 400 мм	60 000,00	TOO «Neola»	-	п. 14 главы 2 Правил: Если в закупке по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем
63	TOO «Best Equip»	Винт M9	4 995,00	TOO «Best Equip»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил: Если тендер в целом или какой-либо лот признан несоответствующим по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закупка способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.
64	TOO «Tarlan International»	Эндоваскулярное регулируемое устройство-сетка Comaneci	900 000,00	TOO «Tarlan International»	-	
65	TOO «Tarlan International»	Эндоваскулярное регулируемое устройство-сетка Comaneci 17	1 250 000,00	TOO «Tarlan International»	-	
66	TOO «Tarlan International»	Эндоваскулярное регулируемое устройство-сетка Comaneci Petit	900 000,00	TOO «Tarlan International»	-	
67	TOO «Tarlan International»	Регулируемое устройство для тромбэкстракции Tigertriever	1 300 000,00	TOO «Tarlan International»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
68	TOO «Tarlan International»	Устройство-фиксатор для постоянной временной пластика сосуда Suede II	165 000,00	TOO «Tarlan International»	-	
69	TOO «Tarlan International»	Регулируемое устройство для тромбэкстракции Tigertriever 17	1 500 000,00	TOO «Tarlan International»	-	
70	TOO «Unit Pharm»	Стент из нитинола для механической тромбэктомии NeVa, однократного применения. Кейдж шейной прямой, изогнутой, размером 13x11, 15x12, 17x13 мм, высотой 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	1 250 000,00	TOO «Unit Pharm»	-	
71	TOO «Apex Co»	Кейдж Pivoc для OHP 25 длиной (мм): 20, 27, под углом 0, 6, 12, 18 градусов, высотой (мм): 18, 16, 14, 12, 10, 8, шириной (мм): 60, 55, 50, 45, 40	99 850,00	TOO «Apex Co»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил: Если тендер в целом или какой-либо лот признан несоответствующим по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закупка способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.
72	TOO «A-37»	Кейдж Pivoc для OHP 25 длиной (мм): 20, 27, под углом 0, 6, 12, 18 градусов, высотой (мм): 18, 16, 14, 12, 10, 8, шириной (мм): 60, 55, 50, 45, 40	626 428,00	TOO «A-37»	-	
73	TOO «A-37»	Винт поясничный размером (мм): 5,5x20, 5,5x25, 5,5x30, 5,5x35, 5,5x40, 5,5x45, 5,5x50	83 000,00	TOO «A-37»	-	
74	TOO «A-37»	Пластина с двумя отверстиями большая, малая	481 712,00	TOO «A-37»	-	
75	TOO «Apex Co»	Кейдж P.I.P. PEEK длиной 20, 25 мм, высотой 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм, угла lordosis 0, 4, 7 градусов	113 350,00	TOO «Apex Co»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
76	TOO «Apex Co» 265 000,00 TOO «Neola» 250 000,00	Набор для вертебропластики PCD	265 000,00	TOO «Apex Co»	-	
77	TOO «Apex Co»	Стержень диаметром 3,5 мм, длиной 40, 60, 90, 150, 240 мм	15 750,00	TOO «Apex Co»	-	
78	TOO «KazMedBioTech»	Кейдж плоские тип I (h=5, 7, 9, 11 мм)	66 620,00	TOO «KazMedBioTech»	-	
79	TOO «KazMedBioTech»	Шуруп	47 240,00	TOO «KazMedBioTech»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил: Если тендер в целом или какой-либо лот признан несоответствующим по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закупка способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.
80	TOO «KazMedBioTech»	Стержень	22 850,00	TOO «KazMedBioTech»	-	
81	TOO «KazMedBioTech»	Винт стопорный	8 040,00	TOO «KazMedBioTech»	-	
82	TOO «KazMedBioTech»	Шуруп тип I (для груднопоясничного отдела: (L=15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм)	8 550,00	TOO «KazMedBioTech»	-	
83	TOO «KazMedBioTech»	Эндопорты	444 600,00	TOO «KazMedBioTech»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
84	TOO «Apex Co»	Винт затылочный CHARSPINE OCT диаметром 4,0, 4,5 мм длиной 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм	8 750,00	TOO «Apex Co»	-	
85	TOO «Apex Co»	Пластина затылочная CHARSPINE OCT малая, средняя, большая	129 700,00	TOO «Apex Co»	-	
86	TOO «A-37»	Пластина передняя шейная размером (мм) 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76	96 965,00	TOO «A-37»	-	
87	TOO «A-37»	Винт с переменным углом наклона самосверлящий или самонарезающий диаметром (мм) 4,0, 4,5; длиной (мм) 13, 15, 17	10 325,00	TOO «A-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
88	TOO «A-37»	Система наружного дренажа и мониторинга DUEI (вентрикулярный)	152 000,00	TOO «A-37»	-	
89	TOO «A-37»	Система наружного дренажа и мониторинга DUEI (эмболизационный)	158 840,00	TOO «A-37»	-	
90	TOO «A-37» 52 625,00 «Neola» 55 000,00	Винт подкапальный многоосевой, титановый Terasy 5,5, диаметром 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,5, 8,5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм	52 625,00	TOO «A-37»	-	
91	TOO «A-37»	Гайка с отслаивающейся головкой	16 950,00	TOO «A-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
92	TOO «A-37» 96 650,00 TOO «Neola» 100 000,00	Винт подкапальный, многоосевой, вальцованный LONGITUDE II 5,5 мм, диаметром 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90, 100, 110 мм	96 650,00	TOO «A-37»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
93	TOO «A-37»	Винт подкапальный, многоосевой, фенестрированный, титановый Terasy 5,5 мм, диаметром 5,5, 6,5, 7,5 мм, длиной 35, 40, 45, 50, 55 мм	88 650,00	TOO «A-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
94	TOO «A-37»	Гайка титановая, с отслаивающейся головкой LONGITUDE	24 655,00	TOO «A-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
95	TOO «A-37» 26 840,00 «Neola» 28 000,00	Стержень прямой титановый, диаметром 5,5 мм, длиной 500 мм	28 000,00	TOO «Neola»	-	п. 14 главы 2 Правил: Если в закупке по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем
96		Направляющая игла	нет	нет	-	не состоялся п.65 Правил
97	TOO «A-37»	Стержень прямой, титановый SEXTANT длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95	67 805,00	TOO «A-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил
98	TOO «A-37»	Устройство для наполнения кости	48 575,00	TOO «A-37»	-	
99	TOO «A-37»	Блокируемый межпозвоночный шейный кейдж	354 200,00	TOO «A-37»	-	
100	TOO «A-37»	Самосверлящий винт	23 740,00	TOO «A-37»	-	

101	ТОО «А-37», 665 860,00 ТОО «Necla» 500 000,00	Набор для кифопластики Tracker - X, Tracker -P, Tracker -I	665 860,00	ТОО «А-37»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
102	ТОО «А-37», 127 745,00 ТОО «Necla» 60 000,00	Костный цемент M1 - de	127 745,00	ТОО «А-37»	-	согласно п.66 Параграф 4 Правил
103	ТОО «А-37»	Устройство для биопсии кости	74 520,00	ТОО «А-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил. Если тендер в целом или какой-либо лот признан несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закупка способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.
104	ТОО «А-37»	Датчик измерения внутричерепного давления парексаматовый NEUROVENT-PR	375 000,00	ТОО «А-37»	-	
105	ТОО «А-37»	Шунтирующая система Дельта, стальная	239 890,00	ТОО «А-37»	-	
106	ТОО «Арех Со»	Имплантат раздвижной М, размером 25-34, 31-46, 42-64	129 700,00	ТОО «Арех Со»	-	
107	ТОО «Арех Со»	Крышка концевая М 22, М 26x22, М 30x26, угол 0, 3, 5, 9 градусов	510 700,00	ТОО «Арех Со»	-	
108	ТОО «Арех Со»	Втулка, удлиняющая М, размером 9, 18	141 670,00	ТОО «Арех Со»	-	
109		Функциональный протез шейного диска	нет	нет	-	не состоялся п.65 Правил
110		Крутиль имплант размером диаметром 10, 13, 16, 19 мм, длиной 60-100 мм	нет	нет	-	не состоялся п.65 Правил
111	ТОО «А-37»	Отсос 10 калибра	76 912,00	ТОО «А-37»	-	согласно п.64 Параграф 4 Правил. Если тендер в целом или какой-либо лот признан несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закупка способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.
112	ТОО «А-37»	Отсос 8 калибра	76 912,00	ТОО «А-37»	-	
113	ТОО «А-37»	Отсос 12 калибра	116 380,00	ТОО «А-37»	-	
114	ТОО «А-37»	Кусачки Керрисона байонетные, 2 мм, угол загиба 40 градусов	781 260,00	ТОО «А-37»	-	
115	ТОО «А-37»	Кусачки Керрисона байонетные, 3 мм, угол загиба 40 градусов	781 260,00	ТОО «А-37»	-	
116	ТОО «А-37»	Кусачки Керрисона байонетные, 4 мм, угол загиба 40 градусов	781 260,00	ТОО «А-37»	-	
117	ТОО «А-37»	Кусачки Керрисона байонетные, 4 мм, угол загиба 40 градусов	781 260,00	ТОО «А-37»	-	
118	ТОО «А-37»	Кюретка байонетная, обратного изгиба, 3,6 мм	240 856,00	ТОО «А-37»	-	
119	ТОО «А-37»	Миниаторные гипофизные кусачки 2 мм	335 984,00	ТОО «А-37»	-	
120	ТОО «А-37»	Зауженные гипофизные кусачки 2 мм	360 272,00	ТОО «А-37»	-	
121	ТОО «А-37»	Изогнутые вверх гипофизные кусачки, 2 мм	335 984,00	ТОО «А-37»	-	

1) На основании проведенных процедур согласно Правил, изложения оценки и сопоставления тендерных заявок комиссия решила:

Согласно п.64 Параграф 4 Правил: Если тендер в целом или какой-либо лот признан несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупки осуществляется закупка способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку. П.66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения, п. 14 главы 2 Правил. Осуществить закупку, с поставщиками, чья заявка соответствует требованиям тендерной документации, объявлению и пунктам 8 и 9 Правил по лотам

№ 1-4, 72-74, 86-94, 97-105, 111-121 ТОО «А-37», БИН 051 140 004 027, РК, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Таварсулы д. 24, на сумму 44 308 195,00 (сорок четыре миллиона триста восемь тысяч сто девяносто пять) тенге 00 тиын.

№ 6-17 ТОО «AB-Service Company», БИН 100 240 007 837, РК, г. Астана, ул. Мангилик Ел, д. 33-1, на сумму 52 526 300,00 (пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста) тенге 00 тиын.

№ 18, 19, 20 с ТОО «Clever Medical», БИН 170 240 809 132, РК, Алматинская область, Карасайский район, село Коккек, строение 433, на сумму 3 653 550,00 (три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) тенге 00 тиын.

№ 21-31 с ТОО «Dives», БИН 080 440 008 915, РК, г. Алматы, ул. Гоголя 89А, офис 104, на сумму 37 450 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

№ 32-49 с ТОО «Меджор», БИН 090 340 014 660, Н. г. Алматы, мкр. «Байтак», квартал Кургалы д. 46, на сумму 52 288 400,00 (пятьдесят два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч четыреста) тенге 00 тиын.

№ 51-57, 60, 63 с ТОО «Best Equip», БИН 170 740 022 504, РК, г. Алматы, ул. Желтокан 111А, офис 6, на сумму 22 596 830,00 (двадцать два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать) тенге 00 тиын.

№ 61, 62, 95 с ТОО «Necla», БИН 170 240 020 768, РК, Акмолинская область, Целинградский район, Карыоткельский сельский окр. село Каражар, ул. Биржана Сал д. 1, на сумму 2 860 00,00 (два миллиона восемьсот шестидесять тысяч) тенге 00 тиын.

№ 64-69 с ТОО «Tarlant International», БИН 210 640 131 044, РК, г. Астана, район Нур, ул. Керей Жанибек хандар д. 5, и п. 30, на сумму 16 260 000,00 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

№ 70 с ТОО «Unic Pharm», БИН 120 140 011 340, РК, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, д. 20, ВП12, на сумму 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын.

№ 71, 75-77, 84, 85, 106-108 с ТОО «Арех Со», БИН 030 940 005 028, РК, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахматиева д. 35, на сумму 38 645 140,00 (тридцать восемь миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто сорок) тенге 00 тиын.

№ 78-83 ТОО «KazMedBioTech», БИН 180 340 009 149, РК, г. Актобе, переулок Самал 4, на сумму 7 882 900,00 (семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот) тенге 00 тиын.

№ 5, 50, 58, 59, 96, 109, 110 лоты не состоялись согласно п.65 Параграф 4 Правил: отсутствие тендерных заявок

Заказчику в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить потенциальному поставщику подписанный договор закупки.

Бикмуртов Н.О. _____ Заместитель директора по лечебной части, председатель тендерной комиссии

Кожамбетов Т.К. _____ Заместитель директора по хирургии, зам председателя тендерной комиссии

Рамжианов Т.Т. _____ Заместитель директора по ККМУ, член тендерной комиссии

Ажибеков Н.О. _____ Заведующий отделением нейрохирургии, член тендерной комиссии

Салыкова Г.К. _____ Начальник отдела государственных закупок, член тендерной комиссии

Смагулова Т.Г. _____ Специалист отдела государственных закупок, секретарь тендерной комиссии

Приложение №1 к протоколу итогов тендера
по закупку медицинских изделий №3 на 2024 год

Информация о документах, составляющие тендерные заявки потенциальных поставщиков

№	Наименование потенциального поставщика	Наличие документов составляющие тендерную заявку:									Наличие сертификата о соответствии системе менеджмента качества
		Гарантийного обеспечения тендерной заявки	Справки о государственной регистрации	Копия устава	Разрешение на фармацевтическую деятельность/Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации мед.изделий	Сведения об отсутствии и налоговой задолженности	Представление технической спецификации в соответствии с требованиями Правил	Представление ценового предложения по форме	Соответствие заявки требованиям главы 2	Наличие сертификата о соответствии объекта требованиям: надлежущей дистрибьюторской практики (GDP)	
1	ТОО «Медкор»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
2	ТОО «Clever Medical»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
3	ТОО «Мерусар и К»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
4	ТОО «КазМедБиотех»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
5	ТОО «Apex Co»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
6	ТОО «Dives»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
7	ТОО «Unix Pharm»	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет
8	ТОО «Best Equip»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
9	ТОО «Tarlan International»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
10	ТОО «AB-Service Company»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
11	ТОО «A-37»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет
12	ТОО «Neola»	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет

Секретарь тендерной комиссии Смагулова Т.Г.



Лот № 51

Техническая спецификация Заказчика к конкурсной документации	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д)
Многоосный педикулярный винт: Многоосный транспедикулярный винт самонарезающий. Обработка поверхности анодным окислением. Стержень диаметром 5,5 мм с отличным сопротивлением усталости металлом. Конструкция с двойной резьбой должна обеспечивать более высокую скорость введения винта. Закрытие квадратной резьбой должно минимизировать распространение и уменьшать перекрестную резьбу. Конический кончик должен имитировать угол введения транспедикулярного зонда и должен помочь обеспечить точное размещение в пределах желаемой траектории. Костный винт V/A должен изменять угол в диапазоне 20° для удобства эксплуатации. Материал: титановый сплав. Размеры: $\Phi 4,5 \times 30,35,40$мм; $\Phi 5,0 \times 25,30,35,40,45$ мм; $\Phi 5,5 \times 30,35,40,45,50$мм; $\Phi 6,0 \times 35,40,45,50$ мм; $\Phi 6,5 \times 30,35,40,45,50$мм; $\Phi 7,0 \times 35,40,45,50$ мм.	Имплантаты для хирургического лечения позвоночника «Neola» Полиаксиальный редукционный винт имеет головку «камертонного типа с удлиненным фланцем», с звездчатым пазом. Винт обладает подвижным стержнем. Размеры винта: диаметр 4,35, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 мм, длина 25-100мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Полиаксиальный редукционный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 8,5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм. РК-ИМН-5№022102 от 10.03.2021г.	Согласно технической документации, представленной ТОО «Neola»: 1. Полиаксиальный редукционный винт а не Многоосный транспедикулярный винт. 2. Отсутствует обработка поверхности анодным окислением. 3. Отсутствует конструкция с двойной резьбой, закрытие квадратной резьбой

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Техническая спецификация Заказчика к конкурсной документации	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д.)
Многоосный педикулярный винт: Многоосный транспедикулярный винт самонарезающий. Обработка поверхности анодным окислением. Стержень диаметром 5,5 мм с отличным сопротивлением усталости металлом. Конструкция с двойной резьбой должна обеспечивать более высокую скорость введения винта. Закрытие квадратной резьбой должно минимизировать распространение и уменьшать перекрестную резьбу. Конический кончик должен имитировать угол введения транспедикулярного зонда и должен помочь обеспечить точное размещение в пределах желаемой траектории. Костный винт V/A должен изменять угол в диапазоне 20° для удобства эксплуатации. Материал: титановый сплав. Размеры: $\Phi 4,5 \times 30,35,40$ мм; $\Phi 5,0 \times 25,30,35,40,45$ мм; $\Phi 5,5 \times 30,35,40,45,50$ мм; $\Phi 6,0 \times 35,40,45,50$ мм; $\Phi 6,5 \times 30,35,40,45,50$ мм; $\Phi 7,0 \times 35,40,45,50$ мм.	Имплантаты для хирургического лечения позвоночника «Neola» Полиаксиальные педикулярные винты с однокомпонентной гайкой обладают следующими размерами: диаметр 4,5-8,5 мм, длина 25-100 мм. Винты обладают углом вращения 30 градусов и двойной нитью нарезки. Полиаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм. РК-ИМН-5№022102 от 10.03.2021г.	Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola»: 1. Полиаксиальный педикулярный винт а не Многоосный транспедикулярный винт самонарезающий. 2. Отсутствует обработка поверхности анодным окислением. 3. Отсутствует конструкция с двойной резьбой, закрытие квадратной резьбой 4. Отсутствуют размеры 5,0, 6,0, 7,0.

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Техническая спецификация Заказчика к конкурсной документации	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д.)
Многоосный редукционный цементуемый винт: Многоосный редукционный цементный винт. Канюлированное внутреннее отверстие с не менее тремя отверстиями на конце винта. Титановый сплав не менее TC20. Винты предназначены для исправления, а также стабилизации сложных анатомических вариаций. Материал: титановый сплав. Размеры: $\Phi 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0$; Длина 25-50 мм. Размер по заявке заказчика.	Имплантаты для хирургического лечения позвоночника «Neola» Полиаксиальный канюлированный винт имеет головку «камертонного типа», с звездчатым пазом. Винт обладает подвижным стержнем, по центру вдоль стержня винта имеется канюлированное отверстие. Размеры винта: диаметр 4,5-8,5 мм, длина 25-100 мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Полиаксиальный канюлированный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм;	Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola»: 1. Полиаксиальный канюлированный винт а не Многоосный редукционный цементный винт. 2. Отсутствуют размеры 4,0, 5,0, 6,0, 7,0. 3. Отсутствует информация по внутреннему отверстию с не менее тремя отверстиями на конце винта. 4. Отсутствует титановый сплав не менее TC20.

	Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм. РК-ИМН-5№022102 от 10.03.2021г.
--	--

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 55

Техническая спецификация Заказчика к конкурсной документации	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и т.д.)
Многосный винт 5.0, длина 45 мм: Полиаксиальный редуционный винт. Эти винты помогают исправить, а также стабилизировать сложно анатомические вариации. Минимально инвазивная техника. Материал: титановый сплав не менее TC20. Круглые пазы с обеих сторон используются для подключения редуционных штифтов. Увеличение внутренней ширины U-образной формы. Удлинительный кран, удобный для установки стержня. Длина отводного крана-удлинителя составляет 80 см, который должен выступать из кожи пациента и упрощать подбор инструментов. Конструкция резьбы с обратным углом предотвращает обрыв метчика и повреждение резьбы. Дополнительная конструкция отверстий для костного цемента может обеспечить более прочную фиксацию для пациентов с остеопорозом. Размеры: Ф5.0×30,35,40,45мм; Ф5.5×30,35,40,45мм; Ф6.0×35,40,45,50мм, Ф6.5×35,40,45,50мм.	Имплантаты для хирургического лечения позвоночника «Neola» Полиаксиальный редуционный винт имеет головку «камертонного типа с удлиненным фланцем», с звездчатым пазом. Винт обладает подвижным стержнем. Размеры винта: диаметр 4,35, 5,5, 6,5, 7,5,8,5 мм, длина 25-100мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Полиаксиальный редуционный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 7,5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм; Ø 8,5 мм, длина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм; РК-ИМН-5№022102 от 10.03.2021г.	Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola»: 1. Не соответствует размер 5,0. 2. Отсутствует титановый кран, менее TC20, Удлинительный кран, удобный для установки стержня. Длина отводного крана удлинителя не менее 80см.

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Техническая спецификация Заказчика к конкурсной документации	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д.)
Поясничный кейдж для межпозвоночного сращения: Поясничный кейдж для межпозвоночного сращения (TLIF). Материал: полиэфирэфиркетон. Размеры: 28мм×10мм×7мм×0°; 28мм×10мм×8мм×5°; 28мм×10мм×9мм×5°; 28мм×10мм×10мм×5°; 28мм×10мм×11мм×5°; 28мм×10мм×12мм×5°; 28мм×10мм×13мм×5°	Кейдж поясничный предназначен (TLIF) для межтелового спондилодеза трансформинальным доступом на поясничном отделе. Система обеспечивает восстановление высоты межпозвонкового пространства поясничного отдела позвоночника на уровнях L1-S1. Кейдж имеет двояковыпуклую поверхность в соответствии с геометрией межтелового промежутка. Кейдж имеет большое центральное окно для заполнения трансплантатом, материалом для замещения костной ткани, по два окна в передней и задней стенках для обеспечения стабильного спондилодеза. Кейдж имеет лулевидно скошенный передний конец для distraction межтелового промежутка. Кейдж имеет углубления на заднем конце для захвата инструментом. Поверхность кейджа имеет пирамидальные зубчики для предотвращения миграции. Имплянты имеют 4 рентген-контрастных маркера, позволяющих определить на рентгеновском снимке правильность расположения блок-решетки. Размерная линейка включает два варианта сагиттальной геометрии (углы наклона 0° и 8°), 4 варианта поперечного размера (40 мм; 45 мм; 50 мм; 55 мм), 5 вариантов высоты (9 мм; 11 мм; 13 мм; 15 мм; 17 мм), один вариант передне-заднего размера (22 мм). Разрешение на ввоз KZ11VBY00037862 от 29.03.2018г.	Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola»: 1. Не соответствуют размеры 28мм×10мм×7мм×0°; 28мм×10мм×8мм×5°; 28мм×10мм×9мм×5°; 28мм×10мм×10мм×5°; 28мм×10мм×11мм×5°; 28мм×10мм×12мм×5°; 28мм×10мм×13мм×5°. 2. Отсутствует информация по материалу: полиэфирэфиркетон.

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Техническая спецификация Заказчика к конкурсной документации	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д.)
Комплект предназначен для чрескожной вертебропластики при лечении вертебральных опухолей, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Она позволяет перемешивать и вводить цемент высокой вязкости в тело позвонка. Комплектность и характеристики: одна система чрескожной вертебропластики, включает в себя: системы смешивания/введения цемента: блок головки миксера: картридж введения; удлиняющая трубка. Миксер и шприц в одном устройстве. Герметичность системы и встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха). Точность дозированного введения готового цемента - 0,2 см³ за половину оборота базы картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут. Радиационная безопасность для врача при работе - за счет общей длины картриджа и удлиняющей трубки - длина 43 см. Маркированный картридж - визуализация количества введенного цемента. Материалы: система смешивания и введения - пластмасса. Цемент (1 шт.) - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента: один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. -N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. - Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко хлопьями порошок (плоские, скученные микрокопические хлопья, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: - Поли.мстлметакрилат- 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила - 2,6%). -Бария Сульфат Е.Р - 6,0 гр. Игла для вертебропластики (2 шт.) стандартный калибр 10G (3,4 мм), 11G (3,05 мм). 13G (2,41 мм)-длина 12,7см. * 10G калибр так же возможен с длиной 22,9 см. * цветровая маркировка мандренов и троакара.	Набор для вертебропластики Tasker – I (GVP-KIT2-E, GVP-KIT3-E, GVP-KIT4-E, GVP-KIT5-E, GVP-KIT6-E, GVP-KIT8-E, GVP-KIT10-E, GVP-KIT11-E, GVP-KIT12-E); Игольчатое устройство для введения VP Needle filler (GVP-NF2-E, GVP-NF3-E, GVP-NF4-E, GVP-NF5-E, GVP-NF6-E, GVP-NF8-E, GVP-NF10-E, GVP-NF11-E, GVP-NF12-E) размером 11G, 13G, длиной 60 мм, 100 мм, 115 мм, 150 мм; Стержень игловидный VP Needle Pin (GVP-NP2-E, GVP-NP3-E, GVP-NP4-E, GVP-NP5-E, GVP-NP6-E, GVP-NP8-E, GVP-NP10-E, GVP-NP11-E, GVP-NP12-E), размером 11G, 13G, длиной 60 мм, 100 мм, 115 мм, 150 мм; Толкатель VP Pusher (GVP-PU2-E, GVP-PU3-E, GVP-PU4-E, GVP-PU5-E, GVP-PU6-E), размером 11G, 13G, длиной 60 мм, 100 мм, 115 мм, 150 мм. Представляет собой набор качественно отточенных, специфичных для позвоночника инструментов для легкого доступа, образования пустот в губчатой кости и быстрого восстановления переделомов позвоночника. Состав: нержавеющая сталь. Предназначен для осуществления чрескожного доступа к кости и доставки костного цемента. РК-ИМН-5№019552 от 02.10.2019г.	Согласно требованиям технической спецификации система вертебропластики должна состоять из: системы смешивания/введения цемента (Миксер и шприц в одном устройстве), Цемент, состоящий из 2 стерильно упакованных компонентов: один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: -Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. -N, N-дметилпаратолуидин - 0,10 мл. - Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микрокопические хлопья: между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: - Поли.мстлметакрилат- 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила - 2,6%). -Бария Сульфат Е.Р - 6,0 гр. Игла для вертебропластики (2 шт.) стандартный калибр 10G (3,4 мм), 11G (3,05 мм). 13G (2,41 мм)-длина 12,7см. * 10G калибр так же возможен с длиной 22,9 см. * цветровая маркировка мандренов и троакара. Согласно технической документации, представленной ТОО «Neola» в наборе вертебропластики: 1. Отсутствует система смешивания/введения цемента 2. Нет указания на наличие в комплекте костного цемента. 3. Игольчатое устройство и стержень игловидный не имеют доступного калибра 10G

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.



Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д.)
Винт педикулярный многоосевой, титановый 5.5, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм; Винт костный многоосевой для стержня диаметром 5.5 мм, размером (мм) 4.0, 4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной (мм) 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1.33 до 0.61 мм. Размеры: диаметр 4.0мм/ 4.5мм/ 5.5мм/ 6.0мм/ 6.5мм/ 7.5мм/ 8.5мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	Имплантаты для хирургического лечения позвоночника «Neola» Полиаксиальные педикулярные винты с однокомпонентной гайкой обладают следующими размерами: диаметр 4.5-8.5мм, длина 25-100мм. Винты обладают углом вращения 30 градусов и двойной нитью нарезки. Полиаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4.5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 5.5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 6.5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 7.5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 8.5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм. PK-ИМН-5№022102 от 10.03.2021г.	Согласно требованиям технической спецификации диаметр винтов 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длина 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola» отсутствуют винты диаметром винтов 4.0, 5.0, 6.0 мм, а также винты длиной 20 мм.

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д.)
Винт педикулярный, многоосевой, канюлированный 5.5 мм, диаметр 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90, 100, 110 мм: Винт канюлированный многоосевой для стержня диаметром (мм) 5.5, размером (мм) 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5; длиной (мм) 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90, 100, 110 – Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках – по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик педикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 14.8 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1.49 до 0.35 мм. Ножка винта имеет канюлю диаметром 0.8 мм. Размеры: диаметр (мм) 4.5, 5.5, 6.5, длина от 35 до 55 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагиттальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	Имплантаты для хирургического лечения позвоночника «Neola» Полиаксальный канюлированный винт имеет головку «камертонного типа», с звездчатым пазом. Винт обладает подвижным стержнем, по центру вдоль стержня винта имеется канюлированное отверстие. Размеры винта: диаметр 4.5-8.5 мм, длина 25-100 мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14.45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Полиаксальный канюлированный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм; Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм; Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм. РК-ИМН-5№022102 от 10.03.2021г.	Согласно требованиям технической спецификации доступные диаметры винтов канюлированных: 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длина (мм) 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90, 100, 110 мм Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola» отсутствуют винты диаметром винтов 9.5, 10.5 мм, а также винты длиной 110 мм.

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и т.д.)
Набор для кифопластики – система пластического восстановления позвоночника, предназначена для лечения переломов тела позвонка и создания пустот в губчатом веществе кости, которые могут быть заполнены костным цементом. Процедура выполняется для восстановления высоты тела позвонка. Системы состоят из приборов из нержавеющей стали с несколькими компонентами с проксимальными литыми рукоятками. Набор для кифопластики, включает: 1. Костная проводниковая система "в один шаг" 1 шт. Является минимально инвазивной системой для точного доступа к телу позвонка. Имеет 3 калибр (4,2 мм). Состоит из траекторного остеонитродьюссера, установленного в рабочей каннеле, дополнительной рабочей каннели, прецизионного сверла; 2. Костный баллон - 2 шт. Надувные костные баллоны состоят из надувного баллона на дистальном конце, коаксиального двойного полостного стержня и Y-образного адаптера. Баллон спроектирован для сжатия губчатого вещества кости и/или смещения кортикальной кости во время надувания. Баллон предназначенный для восстановления перелома тела позвонка и коррекции деформации позвоночника. Начальная длина 15 мм, максимальное давление 400 Па, максимальный диаметр 16 мм, максимальная длина 28 мм, максимальный объем 6 мм; 3. Устройство для наполнения кости - 6 шт., Прибор для заполнения костей состоит из насадок из нержавеющей стали и поршней с литыми рукоятками. Насадка используется в качестве канала для костного цемента во время подачи в кость. Поршень имеет лазерные маркеры, которые указывают поланный объем костного цемента. Устройство предназначено для безопасной, доставки 1,5 куб. мм костного цемента в тело позвонка; 4 Шприц для наполнения - 2 шт. Раздувающий шприц состоит из одноразового пластикового шприца с интегральным датчиком давления и цифровым дисплеем, нарезным поршнем с рукояткой ослабления давления и гибкой удлинительной трубки высокого давления	Набор для кифопластики Tasker – X, Tasker – P, Tasker - I Содержимое набора: Баллонный катетер (Tasker – X). Предназначен для уменьшения переломов и / или создание пустоты в губчатой кости в позвоночнике во время кифопластики. (длина - 10 мм, 15 мм и 20 мм), который вставляется в тело поврежденного позвонка и медленно раздувается костным расширителем (Tasker – P) одноразовое устройство на 20 мл со встроенным манометром, резьбовой поршень в сборе с рукояткой, гибкий высокий удлинительная трубка, шприц на 20 мл, который включен для передачи контрастных веществ и трехсторонней клапан для среднего давления. Шприц предназначен для генерировать и контролировать давление в диапазоне от 0 до 24,6 ATM (от 0 до 350 PSI), в комплекте с цементом средней вязкости. Инструменты в наборе (Tasker – I) используются для доставки костного цемента. Цель данной процедуры – восстановление высоты позвонка, что уменьшает его деформацию и помогает доставить особый костный цемент в тело позвонка, который через несколько минут затвердевает, обеспечивая внутреннюю стабилизацию позвонка и уменьшая риск развития компрессионных переломов в будущем. Состав инструментов (Tasker – I): нержавеющая сталь, ABS HF-380. РК-ИМН-5№019590 от 15.10.2019г.	Согласно требованиям технической спецификации максимальное давление, выдерживаемое системой кифопластики должно составлять 400 PSI. Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola» максимальное контролируемое давление составляет 350 PSI.

Заклучение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.



Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Neola»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарий и т.д.)
Костный цемент – рентгенконтрастный РММА костный цемент высокой вязкости. Основной компонент цемента полиметилметакрилат, 30 % составляет рентгенконтраст (сульфат бария). Вязкостные свойства позволяют использовать его при проведении баллонной кифопластики. Рекомендованная рабочая температура 22-23°C. Время смешивания цемента 2 мин. Общее рабочее время 20 мин. В комплект поставки входит сухой цемент (20 г), растворитель (9 г). Объем при смешивании 16-18 мл. Комплектуется механическим миксером для смешивания цемента.	Костный цемент V-FIX Предназначен для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при проведении чрескожной вертебропластики и кифопластики при лечении болезненных патологических компрессионных переломов тела позвонка, которые не отвечают на антигравитационную терапию. Основными характеристиками костного цемента V-FIX являются: - подходящая вязкость для проведения процедур вертебральной аугментации, позволяющая использовать канюлю, не в то же время позволяющая оператору контролировать распределение цемента внутри тела позвонка; - длительное время применения; - высокая концентрация и однородное распределение контрастного вещества для оптимальной видимости под приборами RX-мониторинга; - высокие механические характеристики и ограниченная скорость выделения тепла при полимеризации (по ISO 5833:2002 – «Имплантаты для хирургии - цементы на основе акриловой смолы»). Костный цемент V-FIX готовится непосредственно перед применением, используя два стерильных компонента, жидкость и порошок в заранее определенных количествах, соответственно содержащихся во флаконе и в газопроницаемом бумажном пакете. Подготовка заключается в выливании жидкого содержимого флакона в порошкообразное содержимое пакета, затем перемешивании, следуя инструкциям производителя. Порошковый компонент содержит (19,2 г): поли (метилловый эфир метакриловой кислоты), сульфат бария, дибензоил пероксид. Жидкий компонент содержит (10 мл): метиловый эфир метакриловой кислоты, стабилизированный 1,4-дигидроксисбензолом. Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости. Также может использоваться в качестве наполнителя для лечения пациентов с патологиями костей (например, для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при вертебропластике и кифопластике). Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол. Изделие не содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. РК-МИ (МТ) - №023504 от 28.01.2022г.	Согласно требованиям технической спецификации, цемент должен быть укомплектован механическим миксером для смешивания цемента. Согласно технической документации, предоставленной ТОО «Neola» в комплекте отсутствует миксер для смешивания, кроме того не указаны рабочие параметры рабочей Рекомендованная рабочая температура, время смешивания цемента, общее рабочее время. Указанное РК-МИ (МТ) - №023504 от 28.01.2022г. не соответствует Костному цементу

Заключение: ТОО «Neola» – Техническая спецификация потенциального Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Ажибеков Н.О. 

Заведующий отделением нейрохирургии, член тендерной комиссии